MINISTERUL SANATATII
Institutul National de Sanatate Publica
INTRARE Nr. 10976
IESIRE Ziua 07 Luna 08 20 17

OFERTANTUL

Inregistrat la sediul autoritatii contractante
nr. ..... / .....
ora:

CNSC
07 AUG 2017
32700

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre: **Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor**
Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, cod poştal 030084, România
Fax: 021 310 46 42 / 021 890 07 45
E-mail: office@cnsc.ro

Ref: Procedura de atribuire – LOT 29, adresa nr. 10606/02.08.2017, la procedura de achizitie simplificata intr-o singura etapa, on-line „Reactivi 1 INSP 45 loturi" cu numar de anunt 408140/ 27.06.2017

Noi, SC [redacted] vă transmitem alăturat:

1. Documentul: Cotestatie nr. 17126/17.08.2017

Cu stima,

Data completarii: 07.08.2017

Ofertant,

S.C.
INTRARE Nr. 17140
IEŞIRE
Ziua 07 Luna 08 Anul 17

Catre: **Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor**
Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, cod poştal 030084, România
Fax: 021 310 46 42 / 021 890 07 45
E-mail: office@cnsc.ro

CC **Institutul National de Sanatate Publica**
Strada Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucuresti, Romania
Fax: 401 021 312 34 26
E-mail: directie.generala@insp.gov.ro

De la:

E-mail:

Ref: Procedura de atribuire – LOT 29, adresa nr. 10606/02.08.2017, la procedura de achizitie simplificata intr-o singura etapa, on-line „Reactivi 1 INSP 45 loturi" cu numar de anunt 408140/ 27.06.2017

Data: 04.08.2017

Stimate Domnule Presedinte,

Subscrisa, SC
sediul în Bu
Comerțului sub ... ca"), cu
nic de înregistrare gistrată în Registrul
Director General, în temeiul dispozițiilor art. 255 și urm. din OUG nr. 34/2006 privind eprezentată pri ...din..
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare („OUG nr. 34/2006"), coroborate cu art 52 din Constituția României revizuită,
în contradictoriu cu *autoritatea contractanta*, formulăm prezenta:

CONTESTAȚIE

prin care având în vedere calitatea de participant și, respectiv, de ofertant în cadrul procedurii de atribuire organizate de Autoritatea contractantă, pentru atribuirea prin licitație deschisă - procedura de achizitie simplificata intr-o singura etapa, on-line „Reactivi 1 INSP 45 loturi" cu numar de anunt 408140/27.06.2017 – pentru LOT 29 („Procedura de atribuire"), solicităm Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (denumit în continuare „Consiliul"):

a) **anularea deciziei Autorității contractante prin care oferta societății SC**
st desemnată câștigătoare, iar cea a SC
RL a fost clasată pe locul **nunicată subscrisei prin Adresa nr. 10606/02.08.2017, precum și a oricăror acte interne anterioare și/sau subsecvente și conexe acesteia emise de către Autoritatea contractantă în cadrul Procedurii de atribuire (*exempli*

gratia, raportul Procedurii de atribuire, deciziile/adresele comunicării privind rezultatul Procedurii de atribuire etc.)

b) obligarea Autorității contractante la continuarea Procedurii de atribuire în sensul reluării acesteia prin reanalizarea și evaluarea ofertelor tehnice cu respectarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, cu consecința stabilirii ofertei câștigătoare dintre ofertele admisibile tehnic conform criteriului de atribuire stabilit prin documentația de atribuire.

Pentru a se pronunța în sensul celor de mai sus, solicităm Consiliului să ia în considerare următoarele:

MOTIVE

I. SUCCINTĂ PREZENTARE A ÎMPREJURĂRILOR RELEVANTE PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI

Prin Anunțul de participare publicat în SEAP sub nr. 408140/ 27.06.2017 , Autoritatea contractantă a publicat termenii și condițiile de participare în cadrul Procedurii de achiziție publica simplificata într-o singura etapa, on-line **„Reactivi 1 INSP 45 loturi" – LOT 29**, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.

P otrivit Secțiunii IV.4.1) Modul de Prezentarea a Ofertei tehnice/ alineatul 3 - din Fișa de date a achiziției[1] (denumită în continuare **„Fișa de date"**) referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertanților se menționează:

- *„3- Propunerea tehnica va respecta intocmai si in totalitate cerintele impuse in caietul de sarcini in caz contrar oferta va fi declarata neconforma si respinsa."*

În urma Procedurii de atribuire insa, ni s-a comunicat că, oferta depusă de către societatea SC ost declarata admisibila cu toate ca oferta depusa de aceasta companie nu respecta in totalitate cerintele impuse in caietul de sarcini asa cum au fost solicitate.

Decizia Autorității contractante este, așa cum vom arăta în continuare, injusta având în vedere faptul că oferta SC SRL a respectat în totalitate cerintele tehnice, care reprezentau, de altfel, principalul criteriu pentru admiterea ofertei spre evaluarea financiara.

Astfel in specificatia tehnica a lotului nr. 29 s-au cerut si s-au ofertat o serie de caracteristici minimale care trebuiau respectate de catre toti ofertantii. In tabelul 1, evidentiem caracteristicile importante neindeplinite de oferta depusa de SC motivele pentru care aceasta oferta consideram ca nu poate fi declarata admisibila.

[1] Anexa nr. 3 – Fișa de date a achiziției.

Tabel nr. 1

Nr. crt.	Denumire produs	Caracteristici tehnice cerute in caietul de sarcini	Caracteristici tehnice ofertate – mod de indeplinire	
			S (ofertant	SC SRL (ofertant I
1.	**Trusă Immunoblot pentru confirmarea Ac. IgM anti-Borrelia**	Funcţia testului: Test imunoblot/line pentru detecţia anticorpilor IgM specifici faţă de antigenele Borrelia burgdorferi sensu lato (**B. burgdorferi ss, B. afzelii, B. garinii, B. spielmanii si B. bavariensis**) din ser uman, plasma si LCR.	DA	**NU** nu determina specia B. bavarensis (conform inser Anti-Borrelia Euroline-RN-AT-adv)
		Cerinţe tehnice: Conţine benzi de nitroceluloză căptuşite cu antigene specifice recombinante inalt purificate (**p100,VlsE,p58,p41,p39,OspA,OspC, p18** cu linii specifice pentru fiecare specie) pentru testarea şi confirmarea anticorpilor IgM specifici	DA	**NU** - nu contine antigenele p100, p58, OspA si p18 - nu contine antigenele p18 cu linii specifice pentru fiecare specie (conform inser Anti-Borrelia Euroline-RN-AT-adv)
		Cantitate solicitata: 10 x **trusă** cu 20 de teste sau echivalent (200 teste in total)	DA	**NU** -Trusa are impachetare de 32 de teste care nu este divizibila cu cantitatea totala de 200 de teste
2.	**Trusă Immunoblot pentru**	Funcţia testului: Test imunoblot/line pentru detecţia anticorpilor IgG specifici	DA	**NU** nu determina specia B.

	confirmarea Ac. IgG anti-Borrelia	față de antigenele Borrelia burgdorferi sensu lato (**B. burgdorferi ss, B. afzelii, B. garinii, B. spielmanii si B. bavariensis**) din ser uman, plasma si LCR.		bavarensis (conform inser Anti-Borrelia Euroline-RN-AT)
		Cerințe tehnice: Conține benzi de nitroceluloză căptușite cu antigene specifice recombinante inalt purificate (**p100,VlsE,p58,p41,p39,OspA,OspC, p18**) pentru testarea și confirmarea anticorpilor IgG specifici	DA	**NU** - nu contine antigenele p100 si OspA (conform inser Anti-Borrelia Euroline-RN-AT)
		Cantitate solicitata: 10 x trusă cu 20 de teste sau echivalent (200 teste in total)	DA	**NU** - Trusa are impachetare de 32 de teste care nu este divizibila cu cantitatea totala de 200 de teste
3.	**Trusă ELISA pentru detectarea Ac. IgM DE CAPTURA anti-virus West Nile**	Funcția testului: Evidențierea calitativă, prin tehnica ELISA, **TEST IGM DE CAPTURĂ**, a anticorpilor specifici de fază acută (Ac-IgM WN) față de antigenul specific al virusului West Nile	DA	**NU** - kitul ELISA oferit nu foloseste tehnica de captura IgM asa cum s-a solicitat. Trusa ofertata foloseste absorbent IgG/RF. (conform insert Euroimmun anti West Nile Virus ELISA IgM

07 Aug. 2017 15:03

Faptul ca oferta tehnica propusa de SC a fost acceptata cu toate ca nu indeplinea caracteristicile tehnice minimale, reprezinta, din punctul nostru de vedere, o denaturare a obiectului licitatiei, deorece oferta financiara este in stransa legatura cu caracteristicile tehnice cerute.

Rugam Consiliul sa aiba in vedere faptul ca care alta companie putea sa participe de asemenea cu produse de la alti producatori care nu respectau caracteristicile tehnice minimale dar cu pret mai scazut.

Ar fi total nedrept ca SC ia SRL care a respectat cerintele tehnice ale caietului de sarcini sa competitioneze cu oferta financiara a unei alte companii care nu a respectat cerintele caietului de sarcini.

Rugam, de asemenea, sa se aiba in vedere si faptul ca din materialul probator depus la dosar, reiese fara echivoc ca nu exista nici un motiv pentru care oferta tehnica a SC SRL sa fie declarata admisibila in conditiile in care tuturor participantilor li s-a cerut sa respecte cerintele caietului de sarcini.

- Am depus
  - Anexa nr.1 - Adresa de atribuire nr. 10606/02.08.2017
  - Anexa nr.2 – Caietul de sarcini pentru / Lotul 29
  - Anexa nr.3 – Fisa de date a achizitiei
  - Anexa nr.4 – Raportul procedurii de atribuire nr. 10563/02.08.2017
  - Anexa nr. 5 – Oferta tehnica a SC
  - Anexa nr. 6 – Instructiuni de folosire si alte documente tehnice ale produselo (reprezentat de SC

În aceste condiţii se impunea respingerea ca neconforma a ofertei depuse de către SC cidecum clasarea acesteia pe primul loc în cadrul Procedurii de atribuire.

II. TEMEINICIA CONTESTAŢIEI

SRL" A DEPUS SINGURA OFERTA CARE ÎNDEPLINESTE CERINŢELE DE CALIFICARE SOLICITATE PRIN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

A. OFERTA „SC EPLINESTE CERINŢELE TEHNICE MINIMALE CERUTE IN CAIETUL DE SARCINI

Faţă de cele arătate, solicităm Consiliului admiterea prezentei contestaţii, cu consecinţa:

- anularea deciziei Autorităţii contractante prin care oferta societăţii SC SRL a fost desemnată câştigătoare, iar cea a SC RL a fost

clasată pe locu nunicată subscrisei prin Adresa nr. 10606/02.08.2017, precum şi a oricăror acte interne anterioare şi/sau subsecvente şi conexe acesteia emise de către Autoritatea contractantă în cadrul Procedurii de atribuire (*exempli gratia*, raportul Procedurii de atribuire, deciziile/adresele comunicării privind rezultatul Procedurii de atribuire etc.)

- obligarea Autorităţii contractante la continuarea Procedurii de atribuire în sensul reluării acesteia prin reanalizarea şi evaluarea ofertelor tehnice cu respectarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, cu consecinţa stabilirii ofertei câştigătoare dintre ofertele admisibile conform criteriului de atribuire stabilit prin documentaţia de atribuire.

În probaţiune: depunem înscrisurile menţionate în opisul de mai jos, manifestându-ne totodată disponibilitatea suplimentării probatoriului în maniera ce va fi considerată oportună de către Consiliu şi care se va dovedi utilă ulterior studiului documentelor relevante conţinute în dosarul achiziţiei publice.
În drept: art. 255 şi urm., art. 280 alin. (1) şi (3) din OUG nr. 34/2006.

Comunicăm prezenta contestaţie împreună cu înscrisurile menţionate în cuprinsul ei atât către Consiliu, cât şi către Autoritatea contractantă. Comunicarea prezentei contestaţii către Consiliu se va face prin înregistrare la registratură la data de 07.08.2017 iar către Autoritatea contractantă prin poştă (notă de inventar şi scrisoare recomandată cu confirmare de primire) şi prin fax transmise la aceeaşi dată.

Cu deosebită consideraţie,

SC

reprezentată pri :nerai